



Proposição de organização dos instrumentais para esterilização do núcleo Dentística para clínicas integradas

Corpo Docente: Carla de Souza Oliveira
Laís Rani Sales Oliveira
Leonardo Custodio de Lima
Rodrigo Varella de Carvalho
Tuélita Marques Galdino

- 1) Itens a serem esterilizados isolados
 - Kit acadêmico de motores contendo 01 micro-motor, 01 contra-ângulo, 01 peça de mão e 01 alta rotação
 - Seringa Centrix e suas pontas
 - Seringa injetora de elastômeros (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Placas de vidro
 - Grampos do kit de matriz pré contornada classe II - Kit unimatrix
 - Tesoura reta
 - Porta matriz
 - Pote Dappen de vidro e de silicone
 - Cabo de bisturi
 - Compasso de Ponta Seca (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Especímetro Odontológico (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Régua milimetrada
 - Broca de Largo (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Broca Gates-Glidden (em caso de resistência do material) (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Espátula nº 31
 - Cone de papel (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Moldeiras parciais e totais perfuradas (Kits) (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
 - Rolos de algodão
 - Disco de papel ou algodão para retirar umidade da cavidade
- 2) Isolamento absoluto (na caixa perfurada ou isolados)
 - Perfurador de lençol de borracha tipo Ainsworth
 - Pinça porta grampo tipo Palmer
 - Arco porta lençol tipo Young
 - Grampos para lençol de borracha: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, W8A, 26, 212R e 212L, B4 (individualizar os grampos pelo menos por grupos)



3) Kits 1 - remoção de tecido cariado:

Estojo autoclavável (pode ser o plástico) com separação contendo:

- Espelho clínico
- Pinça Clínica
- Sonda OMS (SONDA DE PONTA ROMBA)
- Sonda milimetrada periodontal
- Colher de dentina nº 35 36, 11 ½ e 20
- Espátula de inserção nº 1 (para inserção de cimentos)
- Aplicador de hidróxido de cálcio

4) Kit 2 - restaurador - Kit Dentística UFJF-GV com espátulas Millennium (Golgran):

Estojo autoclavável (pode ser o plástico) com separação contendo:

- Espátula 3079 Millennium (inserção de fio retrator)
- Espátula SD1 Millennium (escultura)
- Espátula SD2 Millennium (escultura)
- Espátula ALM Millennium (restaurações em face lisa)
- Espátula Suprafill ou Thompson
- Espátula nº. 36
- Espátula nº. 24
- Pinça Miller

5) Broqueiros – contendo brocas, pontas diamantadas de granulação média, fina e ultra fina, multilaminadas,

- Brocas carbide para alta rotação: 245, 170, 330, 1, 2, 4, 6, 8
- Pontas Diamantadas: 1012, 1013, 1014, 2135, 2200, 3203
- Pontas Diamantadas para acabamento de resina composta: 1190 (F), 2135 (F), 3118 (F), 3195 (F), 1190 (FF), 2135 (FF), 3118 (FF), 3195 (FF)
- Broca multilaminada acabamento de resina composta: 7714

6) Broqueiros para broca para peça de mão Carbide PM 702, PM 8, Maxicut: 1509, 1530 e 1513 e Kit de polimento de resina acrílica (NÃO PARA DISCIPLINA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)

7) Materiais para acabamento e polimento de resina composta e provisórios (Kit Dentística UFJF-GV da marca American Burs)

- Kit Sof-lex Pop-on 3M-ESPE em plástico (ou similar)
- Tira de lixa de poliéster
- Tira de lixa de aço
- Tira de lixa com serrilhado / com ou sem microcut
- Discos de feltro



8) Bandeja metálica com separação para quem não possui os estojos autoclaváveis com separação/ **No caso de uso de bandejas é obrigatório o uso de protetor para ponta de instrumentais autoclaváveis**

9) Não esterilizáveis

- ❖ Pincel microbrush extra finos para condutos (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Pincel microbrush
- ❖ Lençol de borracha
- ❖ Fio dental
- ❖ Caneta marca texto
- ❖ Fita matriz de aço inox – 5mm
- ❖ Fita matriz de aço inox – 7mm
- ❖ Kit unimatrix
- ❖ Matriz de poliéster
- ❖ Tira de lixa de poliéster
- ❖ Tira de lixa de metal
- ❖ Cunhas (madeira, elásticas, refletivas)
- ❖ Seringa irrigadora descartável (limpeza de conduto pós desobstrução) (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Pincel para resina composta – Keramik® modelos 341-6 e 321-4 (ou similar)
- ❖ Pincel para resina acrílica (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Conta gotas (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Mandril adaptador
- ❖ Papel toalha
- ❖ Gel hidrossolúvel
- ❖ Fita veda rosca
- ❖ Lâmina de bisturi (nº12)
- ❖ Cabo de bisturi
- ❖ Estilete afiado
- ❖ Porta rolos de algodão
- ❖ Paquímetro Odontológico (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Lapiseira ponta nº 05 ou 07
- ❖ Sugador endodôntico (NÃO PARA DISCIPLNA CLINICA INTEGRADA/INTEGRADA ZERO)
- ❖ Elástico de separação (1 pacote por turma)
- ❖ Protetor ocular raquete
- ❖ **Saco Plástico Leitoso 20 x 26 cm x 0,10 micras (para acondicionamento de lixo produzido durante o atendimento. Esse saco com o lixo produzido deverá ser descartado no lixo infectante, após finalização do atendimento)**



Equipamentos para Proteção Individual (EPI)

- Pijama cirúrgico na cor azul clara
- Sapato modelo “crops” branco fechado e sem perfuração
- Máscara descartável cirúrgica ou N-95 (caixa)
- Gorro de proteção descartável
- Óculos de proteção
- Avental descartável de TNT

Lista de pontas diamantadas – se quiserem separar por tipo de preparo

Restaurações estéticas

Inlay

- Ponta diamantada – 1016
- Ponta diamantada 3131
- Ponta diamantada 2200
- Ponta diamantada 2135

Onlay

- Ponta diamantada 1014
- Ponta diamantada 4137
- Ponta diamantada 3131
- Ponta diamantada 2200
- Ponta diamantada 2135 ou 3099

Overlay

- Ponta diamantada 4138
- Ponta diamantada 2200 e 2200F
- Ponta diamantada 8845 ou 3097 ou 3099
- Ponta diamantada 3285
- Ponta diamantada 2135 e 2135F

Facetas

- Ponta diamantada 1014
- Ponta diamantada 2135
- Ponta diamantada 2135 FF
- Ponta diamantada 1112FF